

別表 2

備品点検を要する備品等

No.	項目		点検		期間など (回数/年)	備考
			法定	自主		
1	AED (自動体外式除細動器)	ステータスインジケータ		●	日常点検 1回/日 (開館日のみ)	緑：使用可能 赤：使用不可
		電極パッド交換			部品交換 1回/約1.5年	パッド使用期限ごと及び機器使用時に交換。
		バッテリー交換			部品交換 1回/約5年	パッド使用期限ごと及び残量25%以下で交換。
2	作陶設備	電気窯、電動ろくろ		●	保守点検 1回/月	